

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Unit stomatologiczny z osprzętem 2 szt.**

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY OGÓLNE
1	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE
2	Urządzenie fabrycznie nowe
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
1	Ruchomy cały blok spluwaczki oraz uchylna ceramiczna misa
2	Fotel wyposażony w 2 siłowniki hydrauliczne oraz najazdowy hamulec bezpieczeństwa
3	Fotel przystosowany do podnoszenia Pacjentów o wadze ponad 180kg
4	Mechanizm obrotowy fotela, umożliwiający obrót fotela o 60°, wyposażony w hamulec
5	Przystosowanie do przyjmowania Pacjentów na wózkach inwalidzkich z użyciem spluwaczki
6	Przystosowanie do montażu do dowolnie rozmieszczonych w gabinecie przyłączy – nie tylko zlokalizowanych przy fotelu, oryginalna dedykowana skrzynka przyłączeniowa
7	Precyzyjny pneumatyczny sterownik nożny instrumentów z dźwignią przesuwną, z możliwością zmiany kierunku obrotów mikrosiłnika oraz wyzwalaczem przedmuchiwania
8	Przy konsoli lekarza moduły zawierające: -dmuchawkę -wysokoobrotową kątnicę turbinową z podświetleniem LED w główce oraz szybkozłączkę, -mikrosiłnik elektryczny wraz z minimum 1 kątnicą 1:1 z podświetleniem -mikrosiłnik elektryczny wraz z minimum 1 kątnicą 1:5 z podświetleniem -skaler piezoelektryczny,
9	Przy konsoli asysty min. 5 modułów : 2 rękawy ssaka 15mm, rękaw ślinociągu, rękaw z dmuchawką, kamera wewnętrzna
10	Lampę zabiegową LED, mocowaną na bloku spluwaczki, 3-osiową, z możliwością trybu niepolimeryzacyjnego przy min. 25.000lux,
11	Stanowisko multimedialne montowane na maszcie lampy, na oryginalnym ramieniu kryjącym przewody, monitor medyczny (certyfikowany wg norm EU), szerokokątny 16:9, min 21", złącza i przewody estetycznie skryte, zewnętrzne wejście USB, uchwyt monitora z możliwością zastosowania osłon barierowych