

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA****a) Endometr szt. 2**

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY OGÓLNE
1	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE
2	Urządzenie fabrycznie nowe
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
1	Kolorowy dotykowy wyświetlacz
2	Automatyczna kalibracja
3	Precyzyjny w każdym środowisku.
4	Możliwość regulacji nasycenia kolorów oraz głośności urządzenia

**b) System do termicznego wypełniania kanałów korzeniowych szt. 1**

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY OGÓLNE
1	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE
2	Urządzenie fabrycznie nowe
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
1	Urządzenie bezprzewodowe
2	Możliwość utrzymania stałej temperatury
3	Krótki czas nagrzewania końcówki

**c) Stółek z regulowaną wysokością szt. 3**

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY OGÓLNE
1	Sprzęt fabrycznie nowy
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
1	Krzesło typu siodło
2	Regulowana wysokość
3	Pięcioramienna podstawa
4	Gumowane kółka

**d) Zestaw narzędziowy anestetyczny szt. 2**

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY
1	Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez

	żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.
2	Narzędzia muszą charakteryzować się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w temperaturze 134C i dezynfekcji maszynowej w myjniach -dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z normą PN-EN 15883 lub równoważną, oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
	WYMAGANIA OGÓLNE
1	Narzędzia pomocnicze do przeprowadzenia intubacji i znieczulenia pacjentów podczas zabiegu np. karpule do znieczuleń, kleszcze do ekstrakcji podczas zabiegu anestezjologicznego oraz inne pomocnicze narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zabiegu

**e) Specjalistyczny zestaw narzędzi ortodontycznych 10 szt. pakietów kleszczy**

Lp.	OPIS OGÓLNY
1	Specjalistyczne narzędzia ortodontyczne wykonane z wysokiej jakości stali, niezbędne przy zakładaniu i ściąganiu aparatów ortodontycznych
	WYMAGANE PARAMETRY
1	Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.
2	Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, muszą spełniać standard dla stali ISO 7153-1
3	Narzędzia muszą posiadać matowane powierzchnie, równe, gładkie, pozbawione zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień. Mają być hartowane próżniowo, odporne na korozję. Narzędzia muszą być poddane przez producenta wstępnej pasywacji
4	Narzędzia muszą charakteryzować się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w temperaturze 134C i dezynfekcji maszynowej w myjniach -dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z normą PN-EN 15883 lub równoważną, oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
	SKŁAD ZESTAWU PAKIETU
1	Kleszcze typu Weingart szt. 2
2	Kleszcze do cięcia dystalnego szt. 2
3	Kleszcze do cięcia ligatur szt. 2
4	Kleszcze typu Smaha szt. 4